

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup z dostawą sprzętu rehabilitacyjnego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1) Orbitrek typu Kettler Unix P– 1 szt.

Dane techniczne:

KOMPUTER TRENINGOWY

- Dowolnie skalowane programy wydajnościowe – 6,
- Górna granica tętna – wyświetlanie procentowe oraz optyczny i akustyczny sygnał ostrzegawczy,
- Kompatybilny z systemem POLAR, odbiornik tętna, 5kHz, zintegrowany
- Liczba programów treningowych – 8,
- Odporna na pot klawiatura foliowa,
- Pomiar czasu, odcinek treningowy, odcinek całkowity, prędkość, kadencja,
- Pomiar tętna – czujniki tętna w uchwytach, w zestawie klips na ucho, opcjonalnie pas na klatkę piersiową,
- Pomiar tętna w fazie spoczynku z oceną sprawności,
- Programy treningowe sterowane tętnem,
- Ręczne sterowanie obciążeniem,
- Sterowanie parametrami,
- Trening w strefie docelowej (FAT/FIT/MANUEL),
- Wartości średnie na koniec treningu,
- Wyświetlacz LCD, podświetlenie,
- Wyświetlacz ciągły – 8 funkcji,
- Wyświetlacz graficzny – profil obciążenia,
- Zużycie energii – tak(zależnie od stopnia hamowania),

DANE TECHNICZNE:

- Klasa DIN EN 957-1/9, klasa HB,
- Maksymalne obciążenie wagowe 150kg,
- Przełożenie 1:11,
- Regulacja mocy – zależnie od liczby obrotów,
- Rozstaw podstaw na stopy / długość kroku/ wysokość elipsy w mm: 276/390/200,
- System hamowania – magnes (sterowany silnikiem),
- System koła zamachowego ok. 20 kg,
- System napędowy – tarcza napędowa/pas z żebrowaniem wzdłużnym,
- Wymiary po rozłożeniu(dł./szer./w. w cm) – 144/56/152,
- Zakres mocy – 1-15(sterowanie komputerowe),