

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia  
NR sprawy: IRP.272.1.18.2020**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego na potrzeby Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Jaszczowie**”.

Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego oraz udzielone na nie odpowiedzi:

**Pytanie 8**

Dotyczy Mobilny fotel prysznicowy - 1 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mobilnego fotela prysznicowego o parametrach:

**Kąpielowo-toaletowy wózek inwalidzki z odchylanym siedziskiem i zagłówkiem**

Wózek toaletowo – prysznicowy z wyściełanym oparciem i siedziskiem. Wyposażony w uchylne podłokietniki oraz odchylane podnóżki, ułatwiające wsiadanie do wózka. Aluminiowa konstrukcja i materiały, z których został wykonany, zapewniają jego niezawodność i komfort w codziennym użytkowaniu przez pacjenta. Wózek ma funkcję pochylenia siedziska tzw. „tilt in space” w zakresie od -5 stopni do +25 stopni. W standardzie ma również: zagłówek regulowany na wysokość i głębokość, a także pod kątem, tylne małe koła i niezależne hamulce na każdym z kół, wiaderko sanitarne oraz maskownicę otworu toaletowego.


**PARAMETRY TECHNICZNE**

szerokość siedziska	45 cm
szerokość między podłokietnikami	48 cm
całkowita szerokość wózka	56 cm
głębokość siedziska	42 cm
wysokość siedziska nad podłoże	50 – 55 cm
wysokość wózka z zagłówkiem	97 – 141 cm
waga	15,1 kg
obciążenie	do 130 kg
rodzaj kół	gumowe pełne
średnica kół	5”

--

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu w Łęcznej  
  
Krzysztof Niewiadomski